氧气吸入器使用说明书

【产品名称】

通用名称：氧气吸入器

【型号规格】

HD-GY-10、HD-GY-A、HD-GY-B

【主要结构组成】

由氧气输出接口、安全阀、氧气压力表、流量管、流量调节阀组成。不包括氧气输出端与雾化装置连用、提供附加雾化药液功能的氧气吸入器；不含湿化装置。非无菌产品。

【适用范围】

用于急救给氧和缺氧病人氧气吸入。

【产品性能】

1. 吸入器的外观应光滑，色泽均匀，花纹清晰一致，不得有露底、起层、起泡、剥落、开裂、发白等明显影响美观的缺陷。

2. 经中心供氧系统减压后在0.2MPa～0.3MPa压力范围内正常使用。

3. 吸入器的流量范围为1L/min～10L/min（或15L/min），其基本误差为最大示值的±4%.

4. 当吸入器的输出压力升至（0.17±0.05）MPa时，安全阀应自动排气。

5. 吸入器与氧气管路终端连接方式为快速插拔接头，接头与管路终端连接后应密封良好，无氧气泄漏。

6. 氧气输出由锥度接头外接输气管。

7. 吸入器的流量管应无色透明，数字和刻度应清晰，最小分度值不大于1L/min。

8. 吸入器的流量调节阀调节应轻便，松紧适宜；流量管中浮球上下移动应灵活、平稳；流 量调节阀顺时针旋转减少流量，逆时针旋转增加流量，应有标记指示，当关闭流量调节阀时应无氧气输出。

9. 吸入器在输入部分承受工作压力0.6MPa时，各连接部分不应有漏气现象。

【安装和使用说明】

1. 吸入器使用前洗净晾干后用紫外线进行消毒；

2. 吸入器进气接头在插入气体终端前必须关闭流量调节阀；

3. 将吸入器进气接头插入与其相配合的气体终端内，当听到“咔嚓”声音，并看到外套相应移动时，说明接头已锁住，吸入器可正常工作使用；

【产品维护和保养方法】

1. 操作人员必须经培训后方可上岗操作，并在使用前必须仔细阅读领会本说明书内容，正确使用本器械，避免发生意外，对吸入器零件除瓶体外必须有专职技术人员进行维修或拆卸，以防造成漏气和零件损坏；

2. 如有橡胶圈老化发生漏气情况，可将连接密封圈0型圈更换；

【储存条件及使用期限】

运输：可根据双方要求按订货合同规定；

贮存：经包装后的吸入器应贮存在相对湿度不超过85%，无腐蚀性气体和通风良好的清洁室内。

使用期限为五年，生产日期详见标签

【禁忌症、注意事项】

1. 吸入器严禁倾斜、倒置、水平使用，必须使吸入器垂直放置；

2. 本产品不得任意拆装；

3. 吸入器严禁用于氧气雾化吸入治疗或改装。

【标识的解释】



查阅使用说明



警告

【使用期限】:五年

【医疗器械备案凭证编号】:鲁日械备20240020号

【医疗器械生产备案凭证编号】:鲁日药监械生产备20240004号

【产品技术要求编号】:鲁日械备20240020号

【备案人/生产企业名称】:日照海德医疗器械有限公司

【售后服务单位】:日照海德医疗器械有限公司

【生产地址】:山东省日照市莒县夏庄镇工业园区4-16-8(仝家岭村)

【备案企业住所】:山东省日照市莒县夏庄镇工业园区4-16-8(仝家岭村)

【联系方式】:15588119366